

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T334.03AR

Data de Fabricação: 11/2015

Data de Validade: 11/2017

Data da Análise: 16/02/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,19

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

Tatiane Martins

Tatiane Martins de Jesus

Analista de Controle de Qualidade

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
 PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: T334.03AR
 LOT

Fecha del análisis:
 Date d'analyse

30/11/2015

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,95	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI X
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2017

30/11/2015
 Fecha de emisión
 Date d'émission

ful
 Dr. Tais Monteiro Cardoso
 Farmacéutica
 CRF/ SP: 47.420

[Signature]
 Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
 DIRECTOR TECNICO
 M.P. 29.033

[Signature]
 Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios

[Faint stamp and handwritten notes]