

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T334.04AR

Data de Fabricação: 11/2015

Data de Validade: 11/2017

Data da Análise: 16/02/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	0,99
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,13

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta

Coord. Controle de Qualidade

CRF-SP: 48.712

Tatiane Martins

Tatiane Martins de Jesus

Analista de Controle de Qualidade

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:

PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: T334.04AR

LOT

Fecha del análisis:

Date d'analyse

30/11/2015

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,95	2,20

PRODUCTO CONFORME

PRODUIT CONFORME

SI

OUI

NO

NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2017

30/11/2015
Fecha de emisión
Date d'émission


Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.F. 20.033


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Control de Calidad
Agosto
abstención de emisión
01/08/17