

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T339.06AR

Data de Fabricação: 05/12/2015

Data de Validade: 05/12/2017

Data da Análise: 01/03/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,82

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula


Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

www.3albe.com.br

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%
 PRODUIT

LOTE: T339.06AR
 LOT

Fecha del análisis: 05/12/2015
 Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,97	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2017

05/12/2015
 Fecha de emisión
 Date d'émission

[Signature]
 Dra. Tais Monterro Cardoso
 Farmacéutica
 CRF. 47420

[Signature]
 Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus

[Signature]
 Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
 DIRECTOR TÉCNICO
 M.P. 20.033

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

[Faint stamp]
 Control de Calidad
 05/12/2015