

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T343.02AR

Data de Fabricação: 09/12/2015


Data de Validade: 09/12/2017

Data da Análise: 01/03/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,84

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**




Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:

PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: T343.02AR

LOT

Fecha del análisis:

Date d'analyse

09/12/2015

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,94	2,20

PRODUCTO CONFORME

PRODUIT CONFORME

SI X

OUI

NO

NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2017

09/12/2015
Fecha de emisión
Date d'émission

[Signature]
Dra. Tais Monteiro Caráso
Farmacéutica
CRF.47420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.093

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

[Faint stamp]
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
09/12/2015