

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T343.05AR

Data de Fabricação: 09/12/2015


Data de Validade: 09/12/2017

Data da Análise: 01/03/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,84

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: T343.05AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

09/12/2015

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,96	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2017

09/12/2015
Fecha de emisión
Date d'émission

fe
Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF.47420

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Enrique Amaro Llanos
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.053

Enrique Amaro Llanos
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

