

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** T343.07AR

Data de Fabricação: 09/12/2015

Data de Validade: 09/12/2017

Data da Análise: 01/03/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,89

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta

Coord. Controle de Qualidade

CRF-SP: 48.712



OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9° Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

WWW.LECTUS.COM.AR

**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: T343.07AR**  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

**09/12/2015**

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
<b>pH</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>
<b>Indice de refracción</b> Indice de réfraction	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,38</b>
<b>Densidad</b> Densité	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	<b>1,80</b>	<b>1,97</b>	<b>2,20</b>

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 12/2017**

**09/12/2015**  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*Jue*  
Dra. Tatís Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF. 47429

*Enrique Amaro Llanos*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.023

*Patricia Salas*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA**

OTAVIANO  
CACHILEN G. GARCIA  
2015/12