

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T344.02AR

Data de Fabricação: 10/12/2015

Data de Validade: 10/12/2017

Data da Análise: 01/03/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,88

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494


LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *T344.02AR*
LOT

Fecha del análisis: *10/12/2015*
Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,95	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME


SI
OUI

NO
NON


FECHA DE CADUCIDAD: *12/2017*

10/12/2015
Fecha de emisión
Date d'émission



Dra. Tais Mozeiro Cardoso
Farmacéutica
CRF. 47420


Control de Calidad LECTUS
Contrôle de Qualité Lectus

Ferrn. ENRIQUE AMARÓ LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.033


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA


Handwritten text: *control de calidad*
Handwritten signature: *Albe*