

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T346.04AR


Data de Fabricação: 12/12/2015
Data de Validade: 12/12/2017

Data da Análise: 22/04/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,82

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *T346.04AR*
LOT

Fecha del análisis: *12/12/2015*
Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,92	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI **X**
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2017

12/12/2015
Fecha de emisión
Date d'émission

JUL
Dr. Luis Montero Cardoso
Farmacéutica
CRF. 47420

JULIUS
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Patricia Salas
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
I.M.P. 20.033

COMERCIAL 3 ALBA LTDA

12/12/2015
Control de Calidad
Anios