

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T351.04AR

Data de Fabricação: 17/12/2015

Data de Validade: 17/12/2017

Data da Análise: 16/02/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,6
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,87

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula


Farmacêutica Responsável Substituta

Coord. Controle de Qualidade

CRF-SP: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANALISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:

PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: T351.04AR

LOT

Fecha del análisis:

Date d'analyse

17/12/2015

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,01	2,20

PRODUCTO CONFORME

PRODUIT CONFORME

SI



OUI

NO

NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2017

17/12/2015
Fecha de emisión
Date d'émission

Dr. Teís Monseiro Camboso
Farmacéutica
CRF/SE: 47.420


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

FLAVIEN BARRIO MARI LLANO
DIRECTOR TÉCNICO
SFA 01/01


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE 1704