

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T352.01AR

Data de Fabricação: 18/12/2015


Data de Validade: 18/12/2017

Data da Análise: 16/02/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,6
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,81

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: T352.01AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

18/12/2015

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,98	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI



NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2017

18/12/2015
Fecha de emisión
Date d'émission

Dr. Tals Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420

Enrique
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

DR. ENRIQUE GUARDI CLAROS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.033

Paraguay
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA