

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U012.01AR

Data de Fabricação: 12/01/2016


Data de Validade: 12/01/2018

Data da Análise: 21/06/2016


TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,90

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**


Ana Livia Leonel Silva


Analista de Controle de Qualidade Estagiária


Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *U012.01AR*
LOT

Fecha del análisis: 12/01/2016
Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,00	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 01/2018

12/01/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420

Enrique Amaro Llanos
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Enrique Amaro Llanos
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.033

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.