

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U022.01AR

Data de Fabricação: 22/01/2016


Data de Validade: 22/01/2018

Data da Análise: 28/06/2016

| TESTES | ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C | ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| pH MG - 01 | 5,5 | 6,5 | 5,8 |
| Índice de Refração MG - 04 | 1,33 | 1,38 | 1,34 |
| Densidade MG - 03 | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| Glutaraldeído (%) MG - 08 | 1,80 | 2,20 | 1,92 |


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva

Analista de Controle de Qualidade Estagiária



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9° Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U022.01AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

22/01/2016

| ANALISIS ANALYSE | ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO |
|--|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Indice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,38 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 2,03 | 2,20 |

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 01/2018

22/01/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

[Signature]
Dr.° Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus
Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.033

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
Control de Calidad