

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U022.03AR

Data de Fabricação: 22/01/2016


Data de Validade: 22/01/2018

Data da Análise: 28/06/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,93


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade Estagiária




**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
 CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
 PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE:** U022.03AR  
 LOT

Fecha del análisis:  
 Date d'analyse

22/01/2016

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
<b>pH</b>	5,5	6,1	6,5
<b>Indice de refracción</b> Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
<b>Densidad</b> Densité	0,99	1,00	1,02
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	1,80	1,98	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI   
 OUI

NO  
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 01/2018

22/01/2016  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*Tais Monteiro Cardoso*  
 Farmacéutica  
 CRF/ SP: 47.420

*[Signature]*

Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus

*[Signature]*

Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios

Form. ENRIQUE AMARO LLANOS  
 DIRECTOR TECNICO  
 M.P. 20.033

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.  
 Control de Calidad  
 22/01/2016