

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U022.04AR

Data de Fabricação: 22/01/2016


Data de Validade: 22/01/2018

Data da Análise: 28/06/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,90


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva

Analista de Controle de Qualidade Estagiária



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANALISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
 PRODUIT

LOTE: *U022.04AR*
 LOT

Fecha del análisis: *22/01/2016*
 Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,98	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 01/2018

22/01/2016
Fecha de emisión
 Date d'émission

Tais Monteiro Cardoso
Dr. Tais Monteiro Cardoso
 Farmacéutica
 CRF/SP: 47.420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus

[Signature]
Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
 DIRECTOR TECNICO
 M.P. 20.093

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

[Mirrored stamp: Control de Calidad]