

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U034.02AR


Data de Fabricação: 03/02/2016
Data de Validade: 03/02/2018


Data da Análise: 09/05/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,6
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,97

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**


Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade Estagiária


Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAC) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:

PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U034.02AR

LOT

Fecha del análisis:

Date d'analyse

03/02/2016

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,97	2,20

PRODUCTO CONFORME

PRODUIT CONFORME

SI

OUI

NO

NON

FECHA DE CADUCIDAD: 02/2018

03/02/2016

Fecha de emisión

Date d'émission

Jue
Dr. Tals Montero Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420

Enrique Amaro Llanos

Control de Calidad Lectus

Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS

DIRECTOR TECNICO

M.P. 20.033

Enrique Amaro Llanos

Control de Calidad Anios

Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Control de Calidad
Anios