

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U050.02AR

Data de Fabricação: 19/02/2016


Data de Validade: 19/02/2018

Data da Análise: 30/03/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,6
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,91

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

www.3albe.com.br

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pta. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%
PRODUIT

LOTE: U050.02AR
LOT

Fecha del análisis: 19/02/2016
Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,94	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 02/2018

19/02/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

Paula
Anal. Maire de Paula
CRF-SP 48.712
Farmacéutica

Enrique Amaro Llanos
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.033

Enrique Amaro Llanos
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Paula
Control de Calidad
repor/re