

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U050.05AR

Data de Fabricação: 19/02/2016


Data de Validade: 19/02/2018

Data da Análise: 30/03/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,82

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 TelFax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
 PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U050.05AR
 LOT

Fecha del análisis:
 Date d'analyse

19/02/2016

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,97	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 02/2018

19/02/2016
 Fecha de emisión
 Date d'émission

Anay Meire de Paula
CRF-SP 48.712
 Farmacéutica

[Signature]

Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
 DIRECTOR TÉCNICO,
 M.P. 20.033

[Signature]
Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios

observed
 Control de Qualidade
[Signature]
 19/02/2016