

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOSYME DLT PLUS

Lote: U055.01AR

Data de Fabricação: 24/02/2016


Data de Validade: 24/02/2018

Data da Análise: 30/03/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	6,0	8,0	7,8
Índice de Refração MG - 04	1,40	1,43	1,41
Densidade MG - 03	1,05	1,09	1,07

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado


Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFAX + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFAX + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: ANIOSYME DLT PLUS

PRODUIT

LOTE: U055.01AR

LOT

Fecha del análisis: 24/02/2016

Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	6,0	7,2	8,0
Indice de refracción Indice de réfraction	1,40	1,42	1,43
Densidad Densité	1,05	1,07	1,09

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 02/2018

24/02/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

María Weire de Paula
CRF-SP 48.712
Farmacéutica

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.033

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.