

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U074.01AR

Data de Fabricação: 14/03/2016


Data de Validade: 14/03/2018

Data da Análise: 13/06/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,98


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva

Analista de Controle de Qualidade Estagiária




Angy Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade

CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U074.01AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

14/03/2016

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,07	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 03/2018

14/03/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SF: 47.420

Enrique Amaro Llangos
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Pamela Anjos
Control de Calidad Anjos
Contrôle de Qualité Anjos

Farm. ENRIQUE AMARO LLANGOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.033

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Control de Calidad
Anjos