

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOSYME FIRST

Lote: U14418S

Data de Fabricação: 23/05/2016


Data de Validade: 23/05/2018

Data da Análise: 18/08/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	8,0	9,5	9,3
Índice de Refração MG - 04	1,35	1,38	1,37
Densidade MG - 03	1,01	1,07	1,06


Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: Aprovado



Ana Livia Leonel Silva

Analista de Controle de Qualidade Estagiária



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable
Manager
J.FOSSE
Techniciens
Technicians
M. DUFOUR
L. FORTRIE
S. MONSAURET
T. LEURIDAN
C.CARON
H.DEPOORTER
S.BAILLEUL
A.MOREIRA

CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : ANIOSYME FIRST

PRODUCTO
PRODUCT

Date d'analyse : 23/05/2016

Fecha de producción y de análisis
Analysis date

LOT : U14418S

LOTE
BATCH NUMBER

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	8,0	8,8	9,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,35	1,37	1,38
Densité (IS18) Densidad Density	1,01	1,06	1,07

PRODUIT CONFORME
PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
SI
YES

NON
NO
NO

[Signature]
Date d'émission
Fecha de emisión
Sending out date
29/06/2016
Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacêutica
C.R.F. / S.P. 47.420

Visa Technicien Qualité
Visado Técnico Calidad
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Visado Responsable Control calidad
Quality Control Manager Visa

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

[Signature]