

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U208.01AR

Data de Fabricação: 26/07/2016


Data de Validade: 26/07/2018

Data da Análise: 07/12/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,89


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado



Ana Livia Leonel Silva

Analista de Controle de Qualidade Estagiária



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 TelFax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%
 PRODUIT

LOTE: U208.01AR
 LOT

Fecha del análisis: 26/07/2016
 Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,98	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 07/2018

26/07/2016
 Fecha de emisión
 Date d'émission

Dr. Tais Monteiro Cardoso
 Farmacéutica
 CRF/SF: 47.420

Enrique Amaro Llanos
 Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus

Enrique Amaro Llanos
 Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
 DIRECTOR TECNICO
 M.P. 20.093

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

APROBADO
 Control de Calidad
 26/07/2016