

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U208.04AR

Data de Fabricação: 26/07/2016  
Data de Validade: 26/07/2018

Data da Análise: 07/12/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,91

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.


**Resultado: Aprovado**

*Ana Livia Leonel Silva*  
**Ana Livia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade Estagiária

*Anay Meire de Paula*  
**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

WWW.LECTUS.COM.AR

**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
 CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** STERANIOS 2%  
 PRODUIT

**LOTE:** U208.04AR  
 LOT

Fecha del análisis: 26/07/2016  
 Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,96	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI   
 OUI

NO  
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 07/2018

26/07/2016  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*Dr.º Tais Monteiro Cardoso*  
 Farmacéutica  
 CRF/SP: 47.420

*Enrique Amaro Llanos*  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus  
 Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
 DIRECTOR TECNICO  
 M.F. 20.033

*Pamela Anjos*  
 Control de Calidad Anjos  
 Contrôle de Qualité Anjos

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA**

Control de Qualidade  
 Observado  
 26/07/2016