

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** ANIOSGEL 85 NPC

**Lote:** U21104S

Data de Fabricação: 29/07/2016

Data de Validade: 29/07/2018

Data da Análise: 22/11/2016

| TESTES                              | ESPECIFICAÇÕES<br><i>mínima</i> | ESPECIFICAÇÕES<br><i>máxima</i> | RESULTADOS |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                     | 20°C                            | 20°C                            |            |
| pH (Tira Reagente 4 a 7)<br>MG - 02 | 4,7                             | 5,8                             | 5,0        |
| Índice de Refração<br>MG - 04       | 1,35                            | 1,38                            | 1,36       |
| Densidade<br>MG - 03                | 0,85                            | 0,88                            | 0,86       |
| Viscosidade (mPa.s)<br>MG - 08      | 1000                            | 3000                            | 1820       |

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

**Resultado: Aprovado**

*Ana Livia Leonel Silva*

**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade Estagiária

*Anay Meire de Paula*

**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable  
Manager  
J.FOSSE  
Techniciens  
Técnicos  
Technicians  
M. DUFOUR  
L. FORTRIE  
S. MONSAURET  
T. LEURIDAN  
A. MOREIRA  
C.CARON  
H. DEPOORTER  
S. BAILLEUL

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
CERTIFICADO DE ANALISIS  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : ANIOSGEL 85 NPC**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : U21104S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date de fabrication et d'analyse : 29/07/2016

Fecha de fabricación y análisis

Production and analysis date

| ANALYSE (Méthode)<br>ANALISIS (Método)<br>ANALYSIS (Method)              | SPECIFICATION<br>Especificación<br>Mini<br>(20°C) | RESULTAT<br>RESULTADO<br>RESULT<br>(20°C) | SPECIFICATION<br>Especificación<br>Maxi<br>(20°C) |
|--|---|---|---|
| pH (Bandelettes 4 à 7 )<br>(Bandeletas 4-7)<br>(Indicator strips 4 to 7) | 4,7   | 5,0                                       | 5,8   |
| Indice de réfraction (IS19)<br>Índice de refracción<br>Refractive index  | 1,35  | 1,37                                      | 1,38  |
| Densité (IS18)<br>Densidad<br>Density                                    | 0,85  | 0,86                                      | 0,88  |
| Viscosité (mPa.s)(IS20)<br>Viscosidad<br>Viscosity                       | 1000  | 1710                                      | 3000  |

**PRODUIT CONFORME**

PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

OUI

SI  
YES

NON

NO  
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission  
Fecha de emisión  
Sending out date  
16/08/2016

Visa Technicien Qualité  
Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité  
Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa

*Jul*  
Dr. Tais Monteiro Cardoso  
Farmacêutica  
CRF / SP: 47.420

*Bailleul*

*[Signature]*