

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** ANIOSYME DD1

**Lote:** U24216S

Data de Fabricação: 29/08/2016


Data de Validade: 29/08/2018

Data da Análise: 09/12/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,7	6,3	6,3
Índice de Refração MG - 04	1,38	1,43	1,41
Densidade MG - 03	1,07	1,14	1,08

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade Estagiária



**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable  
Manager

J.FOSSE

Techniciens

Técnicos

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C. CARON

H. DEPOORTER

S. BAILLEUL

A. MOREIRA

## CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : ANIOSYME DDI**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : U24216S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 29/08/2016

Fecha de producción y de análisis

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	5,7	6,0	6,3
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,38	1,41	1,43
Densité (IS18) Densidad Density	1,07	1,09	1,14
Activité Amylasique UA.mL <sup>-1</sup> .min <sup>-1</sup> (RDC55) Actividad enzimática de la amilasa Amilase activity	0,02	0,021	
Activité Protéasique UP mL <sup>-1</sup> .min <sup>-1</sup> (RDC55) Actividad enzimática de la proteasa Proteolytic activity	0,03	0,040	

**PRODUIT CONFORME**

PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

OUI

SI  
YES



NON

NO  
NO



**COMERCIAL 3 ALBE LTDA**

Date d'émission

Fecha de emisión

Sending out date

16/09/2016

Dr.

Dr. Jafé Monteiro Cardoso

Pharmaceutica

CRF / SP. 47.420

Visa Technicien Qualité

Visado Técnico Calidad

Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Visado Responsable Control calidad

Quality Control Manager Visa

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes

Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68

Siret N° 458 501 921 00043 - S.A.S. au capital de 232.800 €

