

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U277.02AR

Data de Fabricação: 03/10/2016


Data de Validade: 03/10/2018

Data da Análise: 07/12/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,90


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Resultado: Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade Estagiária



**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712



OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

## CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**

PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE:** U277.02AR

LOT

Fecha del análisis:

Date d'analyse

03/10/2016

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,06	2,20

PRODUCTO CONFORME

PRODUIT CONFORME

SI

OUI


NO

NON


FECHA DE CADUCIDAD: 10/2018

03/10/2016  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*Dr. Tais Monteiro Cardoso*  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420



Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus  
Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TECNICO  
M.P. 20.033



Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Control de Calidad  
Aníbal