

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U279.02AR

Data de Fabricação: 05/10/2016

Data de Validade: 05/10/2018

Data da Análise: 07/12/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,88

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado

Ana Livia Leonel Silva

Ana Livia Leonel Silva

Analista de Controle de Qualidade Estagiária

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9° Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:

PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U279.02AR

LOT

Fecha del análisis:

Date d'analyse

05/10/2016

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,08	2,20

PRODUCTO CONFORME

PRODUIT CONFORME

SI

OUI

NO

NON

FECHA DE CADUCIDAD: 10/2018

05/10/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

Dr. Taís Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47-420

Enrique Amaro Llanos

Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.093

Ramiro Anjos
Control de Calidad Anjos
Contrôle de Qualité Anjos

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Control de Calidad
Contrôle de Qualité