

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U285.01AR

Data de Fabricação: 11/10/2016


Data de Validade: 11/10/2018

Data da Análise: 10/01/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,92


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Resultado: Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade Estagiária



**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

WWW.LECTUS.COM.AR

## CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
 PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: U285.01AR**  
 LOT

Fecha del análisis:  
 Date d'analyse

11/10/2016

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,07	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI  X  
 OUI

NO  
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 10/2018

11/10/2016  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*[Signature]*  
 Dr. Tatá Monteviro Cardoso  
 Farmacéutica  
 CRF/ SR: 47.420

*[Signature]*  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
 DIRECTOR TECNICO  
 M.P. 20.033

*[Signature]*  
 Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LIDA.

Control de Calidad  
 Control de Qualité