

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U291.05AR

Data de Fabricação: 17/10/2016


Data de Validade: 17/10/2018

Data da Análise: 10/01/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,93


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Resultado: Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade Estagiária



**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**

PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: U291.05AR**

LOT

**Fecha del análisis:**

Date d'analyse

**17/10/2016**

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
<b>pH</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>
<b>Indice de refracción</b> Indice de réfraction	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,35</b>
<b>Densidad</b> Densité	<b>0,99</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	<b>1,80</b>	<b>2,08</b>	<b>2,20</b>

**PRODUCTO CONFORME**

PRODUIT CONFORME

SI

OUI

NO

NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 10/2018**

17/10/2016  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*que*  
Dr. Taís Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
C.R.E./S.P.: 47.420

*Declaro*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TECNICO  
M.P. 20.033

*Paula*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.