

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U295.04AR

Data de Fabricação: 21/10/2016

Data de Validade: 21/10/2018

Data da Análise: 30/01/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,85

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade

**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: U295.04AR**  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

**21/10/2016**

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,06	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 10/2018**

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

**21/10/2016**  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*[Signature]*  
Dr.º Tais Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420

*[Signature]*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Enm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TECNICO  
M.P. 20.033

*[Signature]*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

Control de Calidad  
ababiluQ eb otirgqg

*[Handwritten notes]*