

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U308.01AR

Data de Fabricação: 03/11/2016


Data de Validade: 03/11/2018

Data da Análise: 30/01/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,90

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade



**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
 Desinfección

www.lectus.com.ar

**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
 CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**

**STERANIOS 2%**

**LOTE: U308.01AR**

PRODUIT

LOT

Fecha del análisis:

03/11/2016

Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
<b>pH</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>
<b>Indice de refracción</b> Indice de réfraction	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,35</b>
<b>Densidad</b> Densité	<b>0,99</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	<b>1,80</b>	<b>2,09</b>	<b>2,20</b>

**PRODUCTO CONFORME**

PRODUIT CONFORME

SI

OUI

NO

NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2018

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

03/11/2016  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*Jul*  
 Dr. Luis Monteiro Cardoso  
 Farmacéutica  
 CRF/SP: 47.420

*[Signature]*  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 M.P. 20.033

*[Signature]*  
 Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios

obsvotqA  
 estabilsuQ ab slortnoQ  
 Control de Qualidade

*[Handwritten signature]*