

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U312.02AR

Data de Fabricação: 07/11/2016

Data de Validade: 07/11/2018

Data da Análise: 30/01/2017

| TESTES                               | ESPECIFICAÇÕES<br><i>mínima</i><br>20°C | ESPECIFICAÇÕES<br><i>máxima</i><br>20°C | RESULTADOS |
|--------------------------------------|---|---|------------|
| pH<br><i>MG - 01</i>                 | 5,5                                     | 6,5                                     | 5,7        |
| Índice de Refração<br><i>MG - 04</i> | 1,33                                    | 1,38                                    | 1,34       |
| Densidade<br><i>MG - 03</i>          | 0,99                                    | 1,02                                    | 1,00       |
| Glutaraldeído (%)<br><i>MG - 08</i>  | 1,80                                    | 2,20                                    | 2,00       |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Resultado: Aprovado**

*Ana Livia Leonel Silva*

**Ana Livia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade

*Anay Meire de Paula*

**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

WWW.LECTUS.COM.AR

**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
 CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
 PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: U312.02AR**  
 LOT

**Fecha del análisis:**  
 Date d'analyse

**07/11/2016**

| ANALISIS<br>ANALYSE                                 | ESPECIFICACION<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MINIMO | RESULTADO<br>RESULTAT<br>(20°C) | ESPECIFICACION<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MAXIMO |
|---|---|---------------------------------|---|
| <b>pH</b>   | <b>5,5</b>  | <b>6,0</b>                      | <b>6,5</b>  |
| <b>Indice de refracción</b><br>Indice de réfraction | <b>1,33</b>   | <b>1,34</b>                     | <b>1,35</b>   |
| <b>Densidad</b><br>Densité                          | <b>0,99</b>   | <b>1,00</b>                     | <b>1,02</b>   |
| <b>Glutaraldehído (%)</b><br>Glutaraldéhyde         | <b>1,80</b>   | <b>2,09</b>                     | <b>2,20</b>   |

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI   
 OUI

NO  
 NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 11/2018**

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

**07/11/2016**  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*Dr.º Taís Monteiro Cardoso*  
 Farmacéutica  
 CRF/ SP: 47.420

*[Signature]*  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus

Farm: ENRIQUE AMARO LLANOS  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 M.P. 20.033

*[Signature]*  
 Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios

Control de Calidad  
 Control de Qualité

*[Handwritten signature]*