

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U312.03AR

Data de Fabricação: 07/11/2016


Data de Validade: 07/11/2018

Data da Análise: 30/01/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,01

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado



Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U312.03AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

07/11/2016

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,10	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2018

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

07/11/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

que
Dr.º Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420

Weller
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Par. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.033

Pereira
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

