

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U314.03AR

Data de Fabricação: 09/11/2016

Data de Validade: 09/11/2018

Data da Análise: 30/01/2017

| TESTES | ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C | ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C | RESULTADOS |
|--------------------------------------|---|---|------------|
| pH <i>MG - 01</i> | 5,5 | 6,5 | 5,7 |
| Índice de Refração <i>MG - 04</i> | 1,33 | 1,38 | 1,34 |
| Densidade <i>MG - 03</i> | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| Glutaraldeído (%) <i>MG - 08</i> | 1,80 | 2,20 | 1,93 |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado

Ana Livia Leonel Silva

Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U314.03AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

09/11/2016

| ANALISIS ANALYSE | ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO |
|---|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,1 | 6,5 |
| Indice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,35 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 2,08 | 2,20 |

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2018

09/11/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

Jue
Dr.º Taís Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Farm. ENRIQUE AMARO LLANS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.033

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Control de Qualidade
Aprovado

[Handwritten signature]