

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U316.03AR

Data de Fabricação: 11/11/2016


Data de Validade: 11/11/2018

Data da Análise: 30/01/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,92

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade



**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

WWW.LECTUS.COM.AR

## CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: U316.03AR**  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

**11/11/2016**

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
<b>pH</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>
<b>Indice de refracción</b> Indice de réfraction	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,35</b>
<b>Densidad</b> Densité	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	<b>1,80</b>	<b>1,98</b>	<b>2,20</b>

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 11/2018**

**11/11/2016**  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*fe*  
Dr. Tais Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF/SR: 47.420

*Enrique Amaro Llanos*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.033

*Pablo Anjos*  
Control de Calidad Anjos  
Contrôle de Qualité Anjos

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

Observado  
Control de Qualidade

*11/11/16*