

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U321.04AR

Data de Fabricação: 16/11/2016


Data de Validade: 16/11/2018

Data da Análise: 13/02/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,94

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Platarios, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:

PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U321.04AR

LOT

Fecha del análisis:

Date d'analyse

16/11/2016

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,98	2,20

PRODUCTO CONFORME

PRODUIT CONFORME

SI

OUI

NO

NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2018

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

16/11/2016

Fecha de emisión

Date d'émission

que
Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SF: 47.420

Enrique Amaro Llanos

Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.033

Anjos
Control de Calidad Anjos
Contrôle de Qualité Anjos

que
Control de Calidad
Farmacéutica
16/11/2016