

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U322.04AR

Data de Fabricação: 17/11/2016

Data de Validade: 17/11/2018

Data da Análise: 13/02/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH <i>MG - 01</i>	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração <i>MG - 04</i>	1,33	1,38	1,34
Densidade <i>MG - 03</i>	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) <i>MG - 08</i>	1,80	2,20	1,96

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: *Aprovado*

Ana Livia Leonel Silva

Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *U322.04AR*
LOT

Fecha del análisis: *17/11/2016*
Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,99	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2018

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

17/11/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

[Signature]
Dr. Taís Montalvo Cardoso
Farmacéutica
CRF/SE: 47.420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Firm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.039

CONTROL DE CALIDAD
ANALISIS

[Signature]
17/11/16