

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U329.04AR

Data de Fabricação: 24/11/2016


Data de Validade: 24/11/2018


Data da Análise: 06/03/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	6,0
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,00

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.


Resultado: **Aprovado**


Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade


Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9° Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *U329.04AR*
LOT

Fecha del análisis: *24/11/2016*
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,03	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI **X**
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2018

24/11/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

[Signature]
Dr.º *Tais Monteiro Cardoso*
Farmacéutica
CRF/SF: 47.420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

FRYD. GRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.F. 06.024

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.