

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U335.03AR

Data de Fabricação: 30/11/2016

Data de Validade: 30/11/2018

Data da Análise: 06/03/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,02

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Resultado: Aprovado**

*Ana Lúcia Leonel Silva*


**Ana Lúcia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade

*Anay Meire de Paula*

**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

WWW.LECTUS.COM.AR

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
 CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*  
 PRODUIT

**LOTE:** *U335.03AR*  
 LOT

**Fecha del análisis:** *30/11/2016*  
 Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
<b>pH</b>	5,5	<b>6,1</b>	6,5
<b>Índice de refracción</b> Indice de réfraction	1,33	<b>1,34</b>	1,35
<b>Densidad</b> Densité	0,99	<b>1,00</b>	1,02
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	1,80	<b>1,99</b>	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI   
 OUI

NO  
 NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** 11/2018

*30/11/2016*  
**Fecha de emisión**  
 Date d'émission

*[Signature]*  
**Dr. Tatís Montiviro Cardoso**  
 Farmacéutica  
 CRF/SP: 47.420

*[Signature]*  
**Control de Calidad Lectus**  
 Contrôle de Qualité Lectus  
 FARM. BIOMED. AMARO LLANOS  
 BIOTECN. TECNOLÓG.  
 S.R.L.

*[Signature]*  
**Control de Calidad Anios**  
 Contrôle de Qualité Anios

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**  
 Control de Calidad  
 Control de Qualité

*[Handwritten signature]*  
*30/11/2016*