

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U336.03AR

Data de Fabricação: 01/12/2016


Data de Validade: 01/12/2018

Data da Análise: 06/03/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,98

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**


Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade


Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9° Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:

PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U336.03AR

LOT

Fecha del análisis:

Date d'analyse

01/12/2016

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,02	2,20

PRODUCTO CONFORME

PRODUIT CONFORME

SI

OUI

NO

NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2018

01/12/2016
 Fecha de emisión
 Date d'émission

Jul
 Dr. Raúl Martínez Cardoso
 Farmacéutica
 CRF/SP: 47.420

[Signature]
 Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus

PROF. CARLOS AMARO LARRO
 DIRECTOR TÉCNICO
 (9.7.99.60)

[Signature]
 Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
 Control de Calidad
 Control de Qualité

[Handwritten signature]