

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U341.04AR

Data de Fabricação: 06/12/2016
Data de Validade: 06/12/2018

Data da Análise: 13/03/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,98

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado

Ana Livia Leonel Silva
Ana Livia Leonel Silva

Analista de Controle de Qualidade

Anay Meire de Paula
Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

CNPJ 74.400.052/0001-91 • Inscrição Estadual 113.989.470.110

Tel (11) 5519-4022 - Fax (11) 5511-5120

sac@3albe.com.br

Av. Jacobus Baldi, 745 - Jardim Iracema - São Paulo - SP - CEP 05847-000

(C1093AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

(1885) Plátanos, Berazategui Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U341.04AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

06/12/2016

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,98	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2018

06/12/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

Anay Meire de Paula
Anay Meire de Paula
CRF-SP 48.712
Farmacêutica

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus
Farm. CONTROL DE CALIDAD ANIOS
DIRECTOR TÉCNICO
13/03/2017

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Controle de Qualidade
Aprovado

[Handwritten signature]