

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U348.03AR

Data de Fabricação: 13/12/2016


Data de Validade: 13/12/2018

Data da Análise: 13/03/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,00

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
 PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U348.03AR
 LOT

Fecha del análisis:
 Date d'analyse

13/12/2016

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,03	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2018

13/12/2016
 Fecha de emisión
 Date d'émission

Anay Meire de Paula
 Anay Meire de Paula
 CRF-SP 48.712
 Farmacêutica

[Signature]
 Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus

Farm. SERGIO ANJOS LONCA
 QUÍMICO TÉCNICO
 M.F. 20.034

[Signature]
 Control de Calidad Anjos
 Contrôle de Qualité Anjos

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Control de Qualidade
 Anay Meire de Paula

[Handwritten signature]
 2/12/2016