

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U348.04AR

Data de Fabricação: 13/12/2016


Data de Validade: 13/12/2018

Data da Análise: 13/03/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,98


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade



**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
 (C1093AAC) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina  
 TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Krichner 5242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina  
 TelFax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
 CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*  
 PRODUIT

**LOTE:** *U348.04AR*  
 LOT

**Fecha del análisis:** 13/12/2016  
 Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
<b>pH</b>	5,5	6,1	6,5
<b>Índice de refracción</b> Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
<b>Densidad</b> Densité	0,99	1,00	1,02
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	1,80	2,01	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI   
 OUI

NO  
 NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** 12/2018

13/12/2016  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*Anay Meire de Paula*  
**Anay Meire de Paula**  
 CRF-SP 48.712  
 Farmacêutica

*[Signature]*  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus

*[Signature]*  
 Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

Control de Qualidade  
 Anios

*[Handwritten signature]*  
 13/12/2016