

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U349.01AR

Data de Fabricação: 14/12/2016


Data de Validade: 14/12/2018

Data da Análise: 06/03/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,00


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade



**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta

Coord. Controle de Qualidade

CRF: 48.712



OFICINA COMERCIAL  
 Av. Belgrano 1217 Piso 9° Of. 94  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

WWW.LECTUS.COM.AR

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
 CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
 PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE:** U349.01AR  
 LOT

Fecha del análisis:  
 Date d'analyse

14/12/2016

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,04	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI   
 OUI

NO  
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2018

14/12/2016  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*Anny Meire de Paula*  
 CRF-SP 48.712  
 Farmacéutica

*[Signature]*  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus  
 Para: CARQUE ANIOS  
 DIRETOR TÉCNICO  
 M.P. 20.001

*[Signature]*  
 Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Control de Qualidade  
 Anios

*[Signature]*  
 21/12/2016