

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U349.04AR

Data de Fabricação: 14/12/2016


Data de Validade: 14/12/2018

Data da Análise: 06/03/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,97

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 TelFax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
 PRODUIT

LOTE: *U349.04AR*
 LOT

Fecha del análisis: 14/12/2016
 Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Índice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,05	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI X
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2018

14/12/2016
 Fecha de emisión
 Date d'émission

Anay Meira de Paula
 ERF-SP 48.712
 Farmacéutica

Muller
 Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus
 FARM. SUBSIST. ANOS S.A.
 DIRECTOR TÉCNICO
 M.P. 25.404

Rebeca Salvi
 Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTD.

obsvoTqA
 ebsbilsuq eb elotnoo
 Control de Qualidade
 21/12/2016