

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U351.02AR

Data de Fabricação: 16/12/2016


Data de Validade: 16/12/2018

Data da Análise: 06/03/2017

| TESTES | ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C | ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|---|---|------------|
| pH MG - 01 | 5,5 | 6,5 | 5,8 |
| Índice de Refração MG - 04 | 1,33 | 1,38 | 1,34 |
| Densidade MG - 03 | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| Glutaraldeído (%) MG - 08 | 1,80 | 2,20 | 1,97 |


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva

Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *U351.02AR*
LOT

Fecha del análisis: *16/12/2016*
Date d'analyse

| ANÁLISIS ANALYSE | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO |
|---|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Índice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,35 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 2,07 | 2,20 |

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2018

16/12/2016
Fecha de emisión
Date d'émission

Anay Meire de Paula
CRF-SP 48.712
Farmacêutica

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Control de Qualidade
obsvotQA
Aplvnsqo

[Handwritten signature]
11/12/16