

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: U355.04AR

Data de Fabricação: 20/12/2016

Data de Validade: 20/12/2018

Data da Análise: 06/03/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH <i>MG - 01</i>	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração <i>MG - 04</i>	1,33	1,38	1,34
Densidade <i>MG - 03</i>	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) <i>MG - 08</i>	1,80	2,20	1,95

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado

Ana Livia Leonel Silva

Ana Livia Leonel Silva

Analista de Controle de Qualidade

Anay Meire de Paula

Anay Meire de Paula


Farmacêutica Responsável Substituta

Coord. Controle de Qualidade

CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
 PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: U355.04AR
 LOT

Fecha del análisis:
 Date d'analyse

20/12/2016

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,08	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2018

20/12/2016
 Fecha de emisión
 Date d'émission

Anay Melre de Paula
Anay Melre de Paula
 CRF-SP 48.712
 Farmacéutica

[Signature]
 Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lectus

Para: LECTUS S.A. S.R.L.
 ANTONIO TRIVULZI
 S.R.L. 20.000

[Signature]
 Control de Calidad Amos
 Contrôle de Qualité Amos

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Control de Calidad
 21/12/16

[Signature]
 21/12/16