

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U356.04AR

Data de Fabricação: 21/12/2016

Data de Validade: 21/12/2018

Data da Análise: 10/03/2017

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,6
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,99

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

*Ana Livia Leonel Silva*

**Ana Livia Leonel Silva**  
Analista de Controle de Qualidade

*Anay Meire de Paula*

**Anay Meire de Paula**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
 PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE:** U356.04AR  
 LOT

**Fecha del análisis:**  
 Date d'analyse

21/12/2016

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,07	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI   
 OUI

NO  
 NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** 12/2018

21/12/2016  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*Anay Meire de Paula*  
**Anay Meire de Paula**  
 CRF-SP 48.712  
 Farmacêutica

*[Signature]*  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus

*[Signature]*  
 Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

Control de Calidad  
 Anios  
 21/12/16