

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** U357.04AR

Data de Fabricação: 22/12/2016


Data de Validade: 22/12/2018

Data da Análise: 10/03/2017

| TESTES                        | ESPECIFICAÇÕES<br>mínima<br>20°C | ESPECIFICAÇÕES<br>máxima<br>20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| pH<br>MG - 01                 | 5,5                              | 6,5                              | 5,6        |
| Índice de Refração<br>MG - 04 | 1,33                             | 1,38                             | 1,34       |
| Densidade<br>MG - 03          | 0,99                             | 1,02                             | 1,00       |
| Glutaraldeído (%)<br>MG - 08  | 1,80                             | 2,20                             | 1,97       |


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



**Ana Livia Leonel Silva**

Analista de Controle de Qualidade



**Anay Meire de Paula**

Farmacêutica Responsável Substituta  
Coord. Controle de Qualidade  
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Platanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
TelFax + 54.11-4258.4494

  
**LECTUS**

Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE:** U357.04AR  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

22/12/2016

| ANÁLISIS<br>ANALYSE                          | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MÍNIMO | RESULTADO<br>RESULTAT<br>(20°C) | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MÁXIMO |
|--|---|---------------------------------|---|
| pH   | 5,5   | 5,9                             | 6,5   |
| Índice de refracción<br>Indice de réfraction | 1,33  | 1,34                            | 1,35  |
| Densidad<br>Densité                          | 0,99  | 1,00                            | 1,02  |
| Glutaraldehído (%)<br>Glutaraldéhyde         | 1,80  | 2,09                            | 2,20  |


**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME


SI   
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** 12/2018

22/12/2016  
Fecha de emisión  
Date d'émission


  
Anay Meire de Paula  
CRF-SP 48.712  
Farmacéutica

  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus  
FMS CONTROL LABORATORY  
DIRECCIÓN GENERAL  
N° 10.000

  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Control de Qualidade  
Anios

  
22/12/16