

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOSYME DLM MAXI

Lote: U35804S

Data de Fabricação: 23/12/2016


Data de Validade: 23/12/2018

Data da Análise: 07/03/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	9,5	11,4	11,1
Índice de Refração MG - 04	1,40	1,46	1,41
Densidade MG - 03	1,15	1,30	1,16

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**



Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Técnicos

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C.CARON

H.DEPOORTER

S.BAILLEUL

A.MOREIRA

CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : ANIOSYME DLM MAXI

PRODUCTO
PRODUCT

LOT : U35804S

LOTE
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 23/12/2016

Fecha de producción y de análisis

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	9,5	10,9	11,4
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,40	1,41	1,46
Densité (IS18) Densidad Density	1,15	1,17	1,30
Activité Amylasique UA.ml-1.min-1 (RDC55) Actividad enzimática de la amilasa Amilase activity	0,01	0,03	
Activité Protéasique UP.ml-1.min-1. (RDC55) Actividad enzimática de la proteasa Proteolytic activity	0,03	0,03	

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

PRODUIT CONFORME

PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
SI
YES

NON
NO
NO

Anay Meire de Paula
CRF-SP 48.712
Farmacêutica

Date d'émission
Fecha de emisión
Sending out date
27/12/2016

Visa Technicien Qualité
Visado Técnico Calidad
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Visado Responsable Control calidad
Quality Control Manager Visa