

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOSYME DLT PLUS

Lote: U361.04AR

Data de Fabricação: 26/12/2016


Data de Validade: 26/12/2018

Data da Análise: 10/03/2017


TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	6,0	8,0	7,2
Índice de Refração MG - 04	1,40	1,43	1,41
Densidade MG - 03	1,05	1,09	1,06

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**




Ana Livia Leonel Silva
Analista de Controle de Qualidade



Anay Meire de Paula
Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF: 48.712

OFICINA COMERCIAL
 Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: ANIOSYME DLT PLUS
 PRODUIT

LOTE: U361.04AR
 LOT

Fecha del análisis: 26/12/2016
 Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	6,0	7,2	8,0
Indice de refracción Indice de réfraction	1,40	1,42	1,43
Densidad Densité	1,05	1,07	1,09

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI X
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 12/2018

26/12/2016
 Fecha de emisión
 Date d'émission

Anay Meire de Paula
Anay Meire de Paula
 CRF-SP 48.712
 Farmacêutica

[Signature]
 Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lacto

[Signature]
 Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
 Controle de Qualidade
 Controle de Qualité

[Handwritten signature]
 21/12/16